

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA  
CHIRURGIA AMBULATORIALE  
COMPLESSA**



**REQUISITI STRUTTURALI**

**DOTT. LORENZO MANNINO**

**Referente Nazionale**

**Coordinatori Regionali ACOI**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 aprile 2015, n. 70

Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. (15G00084) (GU Serie Generale n.127 del 04-06-2015)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2015**

**RECEPITO SOLO IN 6 REGIONI:**

**EMILIA, LOMBARDIA, LAZIO PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA**

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**

## VARIE TIPOLOGIE DI RICOVERO

- ✓ RICOVERO ORDINARIO TRADIZIONALE
  - ✓ CHIRURGIA AMBULATORIALE SEMPLICE
  - ✓ CHIRURGICA AMBULATORIALE COMPLESSA
  - ✓ CHIRURGIA DI GIORNO
  - ✓ CHIRURGIA DAY SURGERY
  - ✓ CHIRURGIA DAY SERVICE
  - ✓ WEEK SURGERY
  - ✓ ONE DAY SURGERY
- I REQUISITI STRUTTURALI DOVREBBERO ESSERE ANALOGHI PER TUTTE QUESTE TIPOLOGIE DI RICOVERI
  - INVECE POTREBBERO ESISTERE FINO A 21 MODELLI ORGANIZZATIVI DIFFERENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**



**Forum Risk Management**

**obiettivo** sanità & salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

**18**

## **REQUISITI NECESSARI**

- ✓ **STERILITA'**
- ✓ **ACCOGLIENZA**
- ✓ **ACCESSIBILITA'**
- ✓ **TRACCIABILITA'**
- ✓ **SICUREZZA**
- ✓ **LOGISTICA**
- ✓ **PERCORSI**

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**



**Forum Risk Management**

obiettivo sanità salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

18

**LE STRUTTURE DI CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**DOVREBBERO**

**ESSERE PREFERIBILMENTE UBICATE AL PIANO TERRA O COMUNQUE DOTATE DI  
ASCENSORI ATTI AL TRASPORTO DI PAZIENTI IN LETTIGA**

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**



## **CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI ACCESSIBILITA'**

- ✓ **PROTEZIONE ANTISISMICA, ANTIINCENDIO, ACUSTICA**
- ✓ **SICUREZZA E CONTINUITA' ELETTRICA;**
- ✓ **SICUREZZA ANTIINFORTUNISTICA**
- ✓ **PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI**
- ✓ **ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**
- ✓ **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**
- ✓ **IMPIANTO IDRICO**
- ✓ **TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**
- ✓ **CONDIZIONI MICROCLIMATICHE**
- ✓ **IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS**
- ✓ **MATERIALI ESPLODENTI**

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**



## **AMBIENTI OBBLIGATORI**

- ✓ SPAZIO ATTESA
- ✓ SPAZIO REGISTRAZIONE ARCHIVIO
- ✓ FILTRO SALA OPERATORIA
- ✓ SALA OPERATORIA CON STESSI REQUISITI DELLA CHIRURGIA MAGGIORE
- ✓ ZONA PREPARAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO
- ✓ ZONA PREPARAZIONE PAZIENTE
- ✓ ZONA RISVEGLIO
- ✓ DEPOSITO MATERIALI STERILI E STRUMENTARIO CHIRURGICO
- ✓ LOCALE VISITA E MEDICAZIONI SUCCESSIVE
- ✓ CAMERA DEGENZA
- ✓ SERVIZI IGIENICI PAZIENTI
- ✓ SERVIZI IGIENICI PERSONALE
- ✓ DEPOSITO PULITO
- ✓ DEPOSITO SPORCO

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**

## **AMBIENTI OBBLIGATORI**

- ✓ SPAZI PER L'ATTESA, L'ACCETTAZIONE E LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
- ✓ LOCALE VISITA E MEDICAZIONI;
- ✓ ZONA PREPARAZIONE DEL PESONALE SANITARIO
- ✓ ZONA PREPARAZIONE PAZIENTE
- ✓ LOCALE CHIRURGICO TRA I 16 ED I 20 MQ
- ✓ LOCALE SOSTA DEL PAZIENTE DOPO L'INTERVENTO, CON POLTRONA E/O LETTO DI APPOGGIO (EVENTUALMENTE LO STESSO LOCALE VISITA ADIBITO)

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**



## **AMBIENTI OBBLIGATORI**

- ✓ **DEPOSITO MATERIALE STERILE E STRUMENTARIO CHIRURGICO**
- ✓ **LOCALI PER IL LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE**
- ✓ **LOCALE PREPARAZIONE DEI CHIRURGHICI, CON LAVELLO PER IL LAVAGGIO CON RUBINETTERIA A COMANDI NON MANUALI**
- ✓ **DEPOSITO MATERIALE SPORCO**
- ✓ **DEPOSITO MATERIALE PULITO**
- ✓ **SERVIZI IGIENICI DISTINTI PER IL PERSONALE E PER I PAZIENTI**

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**

## REQUISITO TECNICO NECESSARIO

- ✓ **SUPERFICI DEI PAVIMENTI, DEI PIANI DI LAVORO E DELLE PARETI LISCE, NON SCANALATE, LAVABILI E DISINFETTABILI, CON RACCORDO ARROTONDATO AL PAVIMENTO; PAVIMENTAZIONE ANTISTATICA, RESISTENTE AD AGENTI FISICI E CHIMICI, LEVIGATA ED ANTISCIVOLO**

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**



## CONCLUSIONI

- ❖ LINEE GUIDA MINISTERIALI ESISTENTI
- ❖ REALTA' REGIONALI DIFFERENTI
- ❖ NECESSITA' DI UNIFORMITA'

**FOCUS ON: RACCOMANDAZIONI SULLA CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**

**REQUISITI STRUTTURALI**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**